



ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT

Český metrologický institut, Referát MPZ



OSVĚDČENÍ

O ÚČASTI V MEZILABORATORNÍM POROVNÁNÍ

číslo 0219-OV-C0805-21

Předmět mezilaboratorního porovnání:

ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty Pt 100

ROZSAH: (-20 až +140) °C

Provedeno: květen 2021 – leden 2022

Označení porovnání: **32-0800-21**

Držitel osvědčení:

PRESSTEMP s.r.o.

Doudlevecká 360/48, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika

Výsledek


Na základě Zprávy o vyhodnocení výsledků měření jednotlivých účastníků mezilaboratorního porovnání 0219-ZV-C0800-21 účastník

v y h o v ě l

požadavkům pro toto mezilaboratorní porovnání podle ČSN EN ISO/IEC 17043.

Datum vystavení: **15.02.2022**


RNDr. Simona Klenovská
vedoucí Referátu MPZ




RNDr. Pavel Klenovský

odborný ředitel pro fundamentální metrologii

PRESSTEMP s.r.o.
Vlastimil Hach
Doudlevecká 360/48, Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
Česká republika

Naše značka
CMI-427/2022/0219

Vyřizuje:
RNDr. Simona Klenovská

Brno
Datum: 15.02.2022

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ

Vaše laboratoř se zúčastnila mezilaboratorního porovnání:

MPZ 800-21 ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty Pt 100
ROZSAH: (-20 až +100) °C

Po ukončení měření všech laboratoří zúčastněných v tomto MPZ a po vyhodnocení hodnot naměřených v rámci tohoto porovnání podle metodiky uvedené v dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17043 zasíláme anonymní závěrečnou zprávu a doklad o účasti v tomto MPZ.

Vaše laboratoř je ve zprávě uvedena pod číslem: **808**

Na základě vyhodnocení vašich výsledků měření vzhledem k požadované procentuální úspěšnosti lze konstatovat, že Vaše laboratoř:

splnila požadavky tohoto MPZ a tedy

PROKÁZALA SVOJI ODBORNOU ZPŮSOBILOST V TÉTO OBLASTI MĚŘENÍ

Proti tomuto závěru se lze odvolat, a to písemně do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Děkujeme za spolupráci v průběhu tohoto MPZ.

S pozdravem

Český metrologický institut
Okružní 31
638 00 BRNO
-20-


RNDr. Simona Klenovská
Vedoucí Referátu MPZ

Přílohy:	Zpráva o mezilaboratorním porovnání	1 x
	OSVĚDČENÍ o účasti v tomto MPZ	1 x